

## Для заказа счетчика газа ультразвукового СГУ

### Датчик расхода ультразвуковой

ДРУ-1(однолучевой):

Давление до:

2,5 Мпа

4 МПа

Количество, шт.:

ДРУ-2(двухлучевой):

**В случае, если Заказчиком не будет указан конкретный типоразмер датчика расхода, специалисты ИПФ «Сибнефтеавтоматика» подберут его по приведенным в заявке параметрам газа (см. далее).**

Комплект монтажных частей(фланцы, шпильки, гайки):

Включать в комплект поставки

Не включать в комплект поставки

Вторичный измерительный блок:

Блок БВР.М

Контроллер Миконт-186

Не включать в комплект поставки

Датчик избыточного давления:

Взрывозащищенный

Не взрывозащищенный

Не включать в комплект поставки

Датчик температуры:

Взрывозащищенный

Не взрывозащищенный

Не включать в комплект поставки

Дополнительная комплектация:

Монтажная вставка(рекомендуется!)

Измерительная линия

Струевыпрямитель

### **Данные для расчета и подбора типоразмера ультразвукового счетчика газа СГУ**

Параметры трубопровода:

внутренний диаметр на участке для монтажа, мм

наружный диаметр на участке для монтажа, мм

Материал трубопровода

Измеряемая среда:

Наименование газа:

Диапазон эксплуатационных расходов газа: **в рабочих условиях, м<sup>3</sup>/ч:**

Мин.  Макс.

**в**  стандартных **условиях, м<sup>3</sup>/ч:**

Мин.  Макс.

нормальных

избыточное давление, МПа:

Мин.  Макс.

температура, °С:

Мин.  Макс.

плотность при нормальных условиях, кг/м<sup>3</sup>:

Мин.  Макс.

Назначение расходомера, на каком объекте применяется:

Вязкость, м<sup>2</sup>/с  
(сСт)

Температура окружающего воздуха  
на месте эксплуатации, °С:

Мин.

Макс.

Условия эксплуатации:

Открытая площадка

Взрывозащита:

Exna

Отапливаемое помещение

Exd

Дополнительные  
требования:

Наименование Заказчика:

Адрес Заказчика:

ИНН/КПП:

тел./факс

Представитель Заказчика(ФИО, должность):

Контактный тел.:

Подпись \_\_\_\_\_

Заполненный опросный лист отправить на электронную почту [sibna@sibna.ru](mailto:sibna@sibna.ru) или по факсу (3452) 271-129.

Примечание. Поверка счетчиков производится при наличии полного комплекта СИ, согласно методикам поверки и РЭ.